

**Bruno Bertha**

---

**De:** LICITAÇÃO <licitacao@maxihospitalar.com.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 17 de agosto de 2018 17:01  
**Para:** Bruno Bertha  
**Assunto:** Re: PP 0002/2018  
**Anexos:** 180817151156.pdf



em anexo recurso onde demonstramos que a selagem da seladora ofertada não atende os requisitos mínimos do edital, podendo ser analisada no próprio site do fabricante

obrigado..

Em 16/08/2018 14:44, Bruno Bertha escreveu:

Boa tarde.

Segue em anexo cópias da proposta da empresa Altermed, nos itens solicitados. A empresa colocou os modelos dos produtos na proposta.

Acredito que isso já seja suficiente.

Att.



**Bruno Bertha**  
Setor de Compras  
P.M. de Arroio Trinta  
Tel: (49) 3535 – 6029  
R. XV de Novembro, 26, Centro  
CEP: 89.590-000

-----Mensagem original-----

**De:** LICITAÇÃO <licitacao@maxihospitalar.com.br>  
**Enviada em:** quinta-feira, 16 de agosto de 2018 11:44  
**Para:** [compras@arroiotrinta.sc.gov.br](mailto:compras@arroiotrinta.sc.gov.br)  
**Assunto:** PP 0002/2018

bom dia Bruno conforme contato, solicitamos marca e modelo dos itens 11,12,27 ganhos do referido pregão para montar recurso..



MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA  
F: 000863

RUA ÂNGELO EMILIO GRANDO, 163  
ARATIBA- RS  
CEP: 99.770-000  
CNPJ: 08.117.149/0001-67  
INSC. EST: 004/0012417  
FONE/FAX : ( 54 ) 3376-1341  
maxi@maxihospitalar.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA - SC

### EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.002/2018

A empresa **MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ. n.º 08.117.149/0001-67 e Inscrição Estadual n.º 004/0012417, estabelecida a rua Angelo Emilio Grando nº 163, na cidade de Aratiba, RS, representada pela seu representante RENATO SFREDO MEURER, portador do CPF 022.159.050-18, e RG 3097668507, Infra assinado, vem respeitosamente á presença de V.SRA., não se conformando, data vênua, com a decisão proferida pela Douta Comissão de Licitação que não inabilitou a empresa ALTERMED MAT MED HOSP LTDA, CNPJ: 00.802.002/0001-02 interpor em tempo hábil.

### RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a classificação da referida empresa no item 12 "Seladora. Descrição: Seladora de mesa, automática contínua, com controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Aplicação grau cirúrgico e polipropileno. Espessura mínima de selagem de 13mm, sistema de corte com faca de duplo corte com mínimo de 30 cm de largura e selagem para rolos com mínimo 30cm de largura. Com suporte para colocação de rolos e controle eletrônico de tempo de selagem. Área total de selagem 300mm. Dimensões aproximadas de 400x420x210, voltagem 220v. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. ". no certame de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 com fundamento no art. 109 inc. I, alinea "b" da Lei 8666/93.

Não andou com o costumeiro acerto a Comissão de Julgamento desta Licitação, uma vez que decidiu **NÃO INABILITAR A REFERIDA** no certame com alegação:

Apresentou proposta com marca e modelo que não atendem o edital REGISTRON - FR 900-S, conforme apresentamos abaixo, a marca e modelo ofertado não atende na espessura de selagem onde no edital pede 13mm e a marca ofertada pela arrematante sela somente 10mm.

Segue ficha técnica da Regitron modelo fr 900s ofertada pelo arrematante.

MAXI Distr. de Prod. Hospitalares Ltda  
CNPJ 08.117.149/0001-67



MUNICÍPIO DE ARARATUBA  
RUA ÂNGELO EMÍLIO GRADIM, 1000  
ARATIBA- RS  
CEP: 99.770-000  
CNPJ: 08.117.149/0001-67  
INSC. EST: 004/0012417  
FONE/FAX : ( 54) 3376-1341  
maxi@maxihospitalar.com.br

### FICHA TÉCNICA

Modelo	60-9032 Individual
Tensão	220V / 50 - 60 Hz
Potência	100w
Comp. da Barra de Selagem	3cm - 1ml/tes
Espessura da Selagem	0,5mm
Capacidade da Esteira	5kg
Larg. da Esteira	92mm
Temperatura	0 - 200°C
Tipo de Datador	Em Rolim - espessura mínima 10 micras
Peso	25 kg
Dimensões da Máquina	350 x 420 x 360 mm

Em anexo segue catálogo do nosso equipamento qual atende em 100% o descritivo solicitado.

Portanto, em viés do ocorrido, requer a inabilitação da referida;

Além do mais, a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, determina que:

**Artigo 41 "A Administração não pode descumprir as normas e condições do Edital, ao qual se acha estritamente vinculada"**

No dizer preciso do saudoso mestre Helly Lopes Meirelles, na obra LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, Malheiros Editores, 12ª ed. 1999, pág. 31:

"A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato.

Em outras palavras, estabelecidas às regras do certame, **tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora.**

MAXI Distr. de Prod. Hospitalares Ltda.  
CNPJ: 08.117.149/0001-67



RUA ÂNGELO EMILIO GRANDO, 163  
ARATIBA- RS  
CEP: 99.770-000  
CNPJ:08.117.149/0001-67  
INSC. EST:004/0012417  
FONE/FAX : ( 54) 3376-1341  
maxi@maxihospitalar.com.br

(...)

O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a Administração que o expediu.”

Pelos motivos acima expostos, solicitamos o acolhimento das razões acima elencadas, solicitando a desclassificação da referida.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para enviarmos votos de estima e apreço, aguardando posicionamento, com a maior brevidade possível.

Aratiba, 16 de agosto de 2018.

**Nestes Termos,**

**Pede Deferimento,**

08117149/0001-67

MAXI DISTR. DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA

Rua Ângelo Emilio Grando, 163  
CEP 99770-000  
ARATIBA - RS

  
RENATO SEREDO MEURER  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 022.159.050-18  


# SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA HORIZONTAL - MOD: SF150W

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

Fl. 000872



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	SF150W
Alimentação	>220V - 50Hz
Consumo	0,5kW
Velocidade	0 - 12 m/min
Largura de selagem	6 - 15 mm
Espessura do filme	Indiferente
Temperatura	0 - 300°C
Carga	5 kg
Tamanho da Máquina	730 x 420 x 660 mm
Peso	30 Kg

MAXI Distr. de Prod. Hospitalares Ltda.  
CNPJ nº 117.149/0001-67

**Bruno Bertha**

**De:** COMERCIAL PRO CIRURGICA <comercialprocirurgica@gmail.com>  
**Enviado em:** sexta-feira, 17 de agosto de 2018 17:02  
**Para:** compras@arroiotrinta.sc.gov.br  
**Assunto:** Apresentação de recurso ao Pregão Presencial 02/2018 A/C Bruno  
**Anexos:** defesa Arroio Trinta 1 001.jpg; defesa Arroio Trinta 2 001.jpg; defesa Arroio Trinta 4 001.jpg; defesa Arroio Trinta 5 001.jpg; defesa Arroio Trinta 6 001.jpg; registro Anvisa.docx; defesa Arroio Trinta 3 001.jpg

Boa tarde Bruno

Estamos apresentando recurso ao Pregão Presencial 02/2018.

Item 16 do edital


Favør acusar o recebimento

Att

Fábio

## PRÓ CIRÚRGICA CHAPECÓ

PRODUTOS PARA SAÚDE



49 3323-9658  
99954-0187  
procirurgicacco@gmail.com

CNPJ 17.184.520/0001-02 I.E.: 256.892.113  
Rua Lauro Muller, 385 - D | Centro | CEP 89802-520 | Chapecó - SC



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

# PRÓ CIRÚRGICA CHAPECÓ

PRODUTOS PARA SAÚDE



49 3323-9658  
99954-0187  
procirurgicacco@gmail.com



CNPJ 17.184.520/0001-02 I.E.: 256.892.113

Rua Lauro Muller, 385 - D | Centro | CEP 89802-520 | Chapecó - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA – SC  
PREGÃO PRESENCIAL 02/2018

## RECURSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018

A Empresa PRÓ CURÚRGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA –EPP Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 17.184.520/0001-02, com sede na Rua Lauro Muller 385 D, sala 01, centro, CEP : 89802-520, no município de Chapecó- SC, Neste ato representada pelo representante legal Fábio Antônio Rosa, CPF: 016.459.159.57, Vem apresentar defesa ao recurso do DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE Nº 02/2018,

### DA TEMPESTIVIDADE:

Este recurso está sendo apresentado dentro do prazo concedido de 5 dias úteis conforme ata elaborada pela prefeitura. Assim o recurso é tempestivo para ser conhecido.

### DO MÉRITO:

#### Item 16: DEA ( Desfibrilador Externo Automático)

O edital em questão pede no item 16 o seguinte descritivo: DEA – Desfibrilador Externo Automático.

**Descrição: Autonomia da bateria de no mínimo 251 choques**, auxílio RCP, acessórios 2 eletrodos.

Equipamento compacto, leve, portátil, microprocessado, adaptável a qualquer paciente, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, em conformidade com o GUIDELINE 2005 e possibilidade de futuras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Com

1

Pro Cirurgica Chapecó  
Produtos-Para Saúde Ltda-EPP

# PRÓ CIRÚRGICA CHAPECÓ

## PRODUTOS PARA SAÚDE



49 3323-9658

99954-0187

procirurgicaccco@gmail.com

CNPJ 17.184.520/0001-02 I.E.: 256.892.113

Rua Lauro Muller, 385 - D | Centro | CEP 89802-520 | Chapecó - SC

Tela de Cristal Líquido de 4,6" para avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática.

Deve ser adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil). Análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do ECG na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior a 30% (trinta) por cento para melhor visualização da monitorização do traçado.

Tempo de carga  
Menor que 06 segundos para 200 Joules. Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo. Possuir botão liga / desliga, botão de choque luminoso.

Apresentação em texto em tempo real do comando de voz no display, número de choques e tempo decorrido. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a seqüência da R.C.P. Memória de: evento contínuo de ECG, eventos críticos e procedimentos realizados em CARTÃO DE MEMÓRIA e **tempo de gravação contínuo superior a 100 horas**. Realiza auto-teste periodicamente. Situação do status da bateria, em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para nível baixo.

Modo de desfibrilação adulto / pediátrico  
150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subseqüentes para melhor eficácia na reversão de arritmias.

Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules).

#### Alimentação:

Bateria interna recarregável de lítium com indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox. para 150 choques ou aprox. 3 horas de monitoramento, com recarregador inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa.

Acessórios que devem acompanhar:  
Bolsa especial protetora com alça para transporte, 01 carregador de bateria inteligente, 01 par de eletrodos auto-adesivos para adultos, manual do usuário, DVD de treinamento detalhado de instruções de uso indicando passo a passo os procedimentos e certificado de garantia.

Pro Cirúrgica Chapecó  
Produtos Para Saúde Ltda-EPP

# PRÓ CIRÚRGICA CHAPECÓ

PRODUTOS PARA SAÚDE



49 3323-9658

99954-0187

procirurgicaccco@gmail.com



CNPJ-17.184.520/0001-02 I.E.: 256.892.113

Rua Lauro Muller, 385 - D | Centro | CEP 89802-520 | Chapecó - SC

Voltagem 220v.

Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Garantia de no mínimo 12 (doze) meses da emissão da nota fiscal.

Tratando desse descritivo, observamos que a empresa ALTERMED – MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, apresentou sua proposta para o item 16 do edital, o equipamento da marca INSTRAMED.

Para esclarecermos os fatos, expomos a seguinte informação:

A Marca INSTRAMED, Detem 2 (dois) modelos de DEA ( Desfibrilador Externo Automático), e os 2 ( dois ) modelos , não atendem ao descritivo imposto pelo edital.

Os equipamentos cotados da Marca INSTRAMED, não atendem o descritivo em no mínimo dois pontos de extrema importância ao equipamento solicitado, são eles:

1º - O edital pede: **Autonomia da bateria de no mínimo 251 choques,**

O equipamento cotado tem apenas autonomia para 200 choques, Sendo que para o socorrista, que estará fazendo o atendimento de urgência, essa quantidade menor de choques, fará grande diferença, pode acarretar até mesmo na morte da pessoa que está sendo atendida, pela falta de choques, se no caso for necessário.

2º - O edital pede: **Tempo de gravação contínuo superior a 100 horas.**

O Equipamento cotado apresenta apenas tempo de gravação de 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG, Essa é uma diferença muito grande, não se pode levar em consideração, já que supre apenas 2% do exigido no edital. Fica evidente que esse equipamento não tem a quantidade mínima para atender os pacientes que necessitam deste tipo de equipamento.

Para provarmos o que esta descrito acima, estamos anexando junto desta, parte do manual REGISTRADO NA ANVISA do equipamento cotado pela empresa ALTERMED – MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA , Deixando bem claro, que este equipamento não deverá ser adquirido pela administração de Arroio Trinta,

Deverá ser considerada vencedora a empresa PRO CIRÚRGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP,

Já que o equipamento cotado, pela nossa empresa , atende todos os pontos impostos pelo edital da licitação.

Pro Cirurgica Chapecó  
Produtos Para Saúde Ltda-EPP

# PRÓ CIRÚRGICA CHAPECÓ

PRODUTOS PARA SAÚDE

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

F: 000877



49 3323-9658

99954-0187

procirurgicacco@gmail.com

CNPJ 17.184.520/0001-02 I.E.: 256.892.113

Rua Lauro Muller, 385 - D | Centro | CEP 89802-520 | Chapecó - SC

Diante do exposto, requeremos que:

Que seja considerada vencedora do Item 16 do Edital do pregão Presencial 02/2018 a empresa PRO CIRÚRGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP, pelo fato de ter atendido todas as exigências do edital,

Chapecó SC, 17 de Agosto de 2018

Pro Cirurgica Chapecó  
Produtos Para Saúde Ltda-EPP

**Pro Cirurgica Chapecó Produtos para Saúde Ltda.**

CNPJ Nº 17.184.520/0001-02

**Fábio Antônio Rosa - DIRETOR**

CPF: 016.489.159-57

17.184.520/0001-02

PRO CIRURGICA CHAPECÓ  
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP

Rua: Lauro Muller, 385-D Sl: 1  
Centro - CEP 89.802-520

CHAPECÓ - SC

Cabe esclarecer que os modelos do fabricante Instramed não atende o descritivo do edital, senão veja:

“DEA – Desfibrilador Externo Automático.

*Descrição: Autonomia da bateria de no mínimo 251 choques, auxílio RCP, acessórios 2 eletrodos... (...) **Memória de: evento contínuo de ECG, eventos críticos e procedimentos realizados em CARTÃO DE MEMÓRIA e tempo de gravação contínuo superior a 100 horas.**”*

Conforme pode ser observado na página 59 do manual registrado na Anvisa, sob o número 10242950010, a marca Instramed modelo Isis não atende a autonomia da bateria com o mínimo de 251 choques e não atende o tempo de gravação, uma vez que seu equipamento apresenta apenas 2 horas de gravação do ECG.

## Especificações

# 10

### Especificações gerais

Dimensões:	22,0 cm (L) 13,0 cm (P) 29,0 cm (A)
Peso:	Aparelho - 2,90 Kg
<b>Bateria interna recarregável:</b>	Tipo: Li-ion, 14,4VDC 4,0 A/h Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena), <b>ou um mínimo de 200 choques</b> em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas.
Fonte do carregador da bateria:	Rede elétrica 100 – 240 V/50-60 Hz Consumo (máximo): Rede elétrica 1 A Saída: 24VDC, 1,5A
Armazenamento da bateria:	O armazenamento da bateria por longos períodos em temperaturas acima de 35°C reduzirá a capacidade da bateria e diminuirá sua vida útil.
Escalas para desfibrilação pré-ajustadas:	Adulto: 1º choque - 150J; choques seguintes - 200J Infantil: 50J
<b>Armazenamento memória interna:</b>	<b>100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG</b>
Armazenamento de som ambiente:	Até 10 horas (quando disponível)
Índice de proteção	IPX0
Classificação:	Classe II, equipamento energizado internamente

Para que não haja dúvidas que os modelos do fabricante Intramed não atendem o descritivo apresentamos ainda o outro modelo de DEA da sua linha de fabricação é ISIS PRO, conforme pode ser observado nas imagens da página 67 do manual registrado na Anvisa sobre o número 10242950012, verifica-se que a configuração é a mesma.

## Especificações

# 13

### Especificações gerais

Dimensões:	22,0 cm (L) 13,0 cm (P) 29,0 cm (A)
Peso:	Aparelho - 2,90 Kg
Bateria interna recarregável:	Tipo: Li-ion, 14,4VDC 4,0 A/h Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena), ou um <b>mínimo de 200 choques</b> em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas.
Fonte do carregador da bateria:	Rede elétrica 100 – 220V AC / 50-60Hz Consumo (máximo): Rede elétrica 1A Saída: 24V DC, 1.5A
Armazenamento da bateria:	O armazenamento da bateria por longos períodos em temperaturas acima de 35° C reduzirá a capacidade da bateria e diminuirá sua vida útil.
Escalas para desfibrilação pré-ajustadas:	Adulto: 1° choque - 150J; choques seguintes - 200J Infantil: 50J
Armazenamento memória interna:	<b>100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG</b>
Armazenamento de som ambiente:	Até 10 horas (quando disponível)
Índice de proteção:	IPX0
Classificação:	Classe II, equipamento energizado internamente